

拋棄式醫用口罩之應標示事項

	應標示事項及標示方法	國內製造
1	商品名稱	標示於外盒
2	製造商名稱	同安工業股份有限公司
3	製造商電話	07-722-6666
4	製造商地址	高雄市大寮區鳳林二路293-1號
5	商品原產地	台灣(Made in Taiwan)
6	主要成分或材料	PP不織布
7	度量	標示於外盒
8	國曆或西曆製造日期	標示於外盒
9	中文標示	標示於外盒



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

正 本
ORIGINAL

發行日期 2021.06.22 收件/試驗起始日期 2021.06.02
Date of Issue: 2021.06.22 Date of Receipt and Test Start: 2021.06.02

報告編號 TFFOF037 數量 1件 報告頁次/頁數 (P1/3) 來文字號 空白
Report No.: TFFOF037 Quantity: 1 Page Order/Pages: (P1/3) Ref. No.:

報告抬頭 試件類別 口罩
Report Title: Item:

地址
Address:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*空氣交換壓力差 (mmH ₂ O/cm ²)	1	2.5
	2	2.4
	3	2.4
	4	2.6
	5	2.3
		CNS 14774 T5017-2018 9.4 CNS 14777 T4039-2003 流量: 8 (Liter/min)

註: 空氣交換壓力差, 取5個樣品測試。

註: 空氣交換壓力差測試面積: 4.9 cm²。

註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌 NP-3D (S/SS/SSS/ES/ESS/FSJ/FSSJ/FSSSJ) 立體型兒童醫用口罩

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果, 不對產品合法性做判斷。

註: 檢驗項目有標"*"者, 指該檢驗項目經衛生福利部認證, 且依認證之檢驗方法執行檢驗。



附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。

Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.


2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

正 本
ORIGINAL

發行日期 2021.06.22 收件/試驗起始日期 2021.06.02
Date of Issue: 2021.06.22 Date of Receipt and Test Start: 2021.06.02

報告編號 TFF0F037 數量 1件 報告頁次/頁數 (P2/3) 來文字號 空 白
Report No.: TFF0F037 Quantity: 1 Page Order/Pages: (P2/3) Ref. No.:
報告抬頭 試件類別 口罩
Report Title: Item:

地址
Address:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*細菌過濾效率(%)	99.8	CNS 14774-T5017-2018 9.2
金黃色葡萄球菌	99.8	CNS 14775 T4037-2003
ATCC 6538	99.8	
	99.5	
	99.7	

註：對照組的平均菌落數：2440 CFU。

註：平均粒徑：2.9 μm。

註：測試面：外側。

註：測試面積為39.5 cm²。

註：測試流量：28.3 L/min。

註：依委託者所提供來樣資料為：藍鷹牌 NP-3D (S/SS/SSS/ES/ESS/FSJ/FSSJ/FSSSJ) 立體型兒童醫用口罩

註：試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註：檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。



附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。

Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.


2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人：
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

正 本
ORIGINAL

發行日期 2021.06.22 收件/試驗起始日期 2021.06.02
Date of Issue: 2021.06.22 Date of Receipt and Test Start: 2021.06.02

報告編號 TFF0F037 數量 1件 報告頁次/頁數 (P3/3) 來文字號 空 白
Report No.: TFF0F037 Quantity: 1 Page Order/Pages: (P3/3) Ref. No.:


報告抬頭 報告類別 口罩
Report Title: Item:

地址
Address:



附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839