

## 拋棄式非醫用口罩之應標示事項

	應標示事項及標示方法	國外進口
1	商品名稱	標示於外盒
2	製造商名稱	安爾佳進出口(深圳)有限公司
3	製造商電話	+86-13528896565
4	製造商地址	深圳市寶安區西鄉街道 共樂社區共和工業路明月花都501
5	商品原產地	大陸(Made in China)
6	進口商名稱	同安工業股份有限公司
7	進口商電話	07-722-6666
8	進口商地址	高雄市前鎮區和平二路139號
9	主要成分或材料	PP不織布
10	度量	標示於外盒
11	國曆或西曆製造日期	標示於外盒
12	中文標示	標示於外盒



試驗報告 土城場區  
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.01.14 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2020.12.18

報告編號 Report No.: TFF9L421 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P1/5) 來文字號 Ref. No.: 空 白

報告抬頭 Report Title: 試件類別 口罩 Item:

地址 Address:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*防護效率(%)	77.80	CNS 14774 T5017-2018
(0.075 μm NaCl, CMD)	77.46	9.3(b)
	80.44	CNS 14755 Z2125-2011
	78.61	流量: 85 L (Liter/min)
	78.61	
	78.92	
	80.52	
	80.63	
	81.09	
	79.64	
平均	79.59	

本試驗報告僅供參考  
不做任何正式文件證明用

註：依委託者所提供來樣資料為：藍鷹牌 NP-13X 系列平面口罩

註：試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註：檢驗項目有標"\*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。



附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。  
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。  
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所  
所長授權核發人:  
Authorized by president of  
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號  
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute  
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)  
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110  
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839



試驗報告 土城場區  
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.01.14 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2020.12.18

報告編號 Report No.: TFF9L421 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P2/5) 來文字號 Ref. No.: 空白

報告抬頭 Report Title: 試件類別 Item: 口罩

地址 Address:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*吸氣阻抗(Pa)	1	99.96
	2	99.96
	3	108.78
	4	105.84
	5	106.82
	6	103.88
	7	106.82
	8	109.76
	9	103.88
	10	104.17
	平均	104.99
*呼氣阻抗(Pa)	1	99.96
	2	98.98
	3	109.76
	4	106.82
	5	107.80
	6	104.86
	7	107.80
	8	110.74
	9	104.86
	10	105.84
	平均	105.74

本試驗報告僅供參考  
不做任何正式文件證明用

註: 1mmH2O=9.8Pa。

註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌 NP-13X 系列平面口罩

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果, 不對產品合法性做判斷。

註: 檢驗項目有標"\*"者, 指該檢驗項目經衛生福利部認證, 且依認證之檢驗方法執行檢驗。

附記: 1.本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。  
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.  
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。  
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.  
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。  
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所  
所長授權核發人:  
Authorized by president of  
Taiwan Textile Research Institute

檢測及驗證部 高瑞宏 主任

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號  
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute  
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)  
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110  
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839